管理番号

GCB334

動作確認チェックシート

検査日	2014年 4月 1日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	ドラフトチャンバー	電源電圧	単相100V, 30A		
型式	不明	周波数	50/60Hz		
メーカー名	ヤマト科学	大きさ(W×D×H)	1800×950×2150mm		
機械Ser,No	不明	純水供給	3系統		
製造年月	不明	排水	一般と有機等の専用系統あり		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER　ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)　　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 蛍光灯、前面上下開閉扉の動作、コンセントへの電源供給等問題なし。

2 ドラフト下の収納部にあった(タンクや容器用の満水を検知する)水位センサは前ユーザにて撤去されており、装置正面右側にある「満水/ブザー停止」のアラームスイッチは機能しません。
代わりに独立で2系統を見れる水位センサとコントローラが付属していますのでこちらを利用ください。(満水時のアラーム発生は確認済)

取扱説明書(有・(無))

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2014年4月1日	水位センサのコントローラの電源ラインにコネクタ追加(装置内端子BOX整備のため)	野沢

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作(OK・NG)　　作業工数[3.5H]

検査担当者[野沢]